HEMOCHRON® Jr.

Whole Blood Microcoagulation Systems

Citrátový protrombinový čas (PT)

Příbalová informace

Česky

Pro diagnostické použití *in vitro*

ÚČEL POUŽITÍ

HEMOCHRON® Jr. Citrate PT je unifikovaný mikrokoagulační test určený k provádění kvantitativního jednostupňového protrombinového času.

Citrátový PT se provádí pouze s použitím mikrokoagulačních přístrojů HEMOCHRON Jr. Signature nebo HEMOCHRON Jr. II na citrátem aktivovaném venózním vzorku periferní krve. Tyto přístroje jsou přenosné a použití citrátových vzorků umožňuje provádění na místě ošetření nebo v satelitní či centrální laboratoři. Přístroje nejsou určeny k domácímu použití.

POZNÁMKA: *HEMOCHRON Jr. Citrátový APTT není určený k použití s dřívějšími verzemi HEMOCHRON Jr.*

SOUHRN A POPIS

HEMOCHRON Jr. citrátový APTT, test vnější koagulační kaskády se provádí při použití citrátem aktivované venózní periferní krve.

Použití citrátových vzorků umožňuje provádění testů na místě ošetření nebo v satelitní či centrální laboratoři. Použití testovacích systémů periferní krve vylučuje proměnné, které často ovlivňují test plazmatického protrombinového času (PT) a zahrnují odběr, zacházení a zpracování vzorků. Protože zpracování vzorků je minimální, výsledky PT testu jsou získány do pěti minut. Navíc, protože se test provádí při použití citrátového venozního vzorku periferní krve, testování může být provedeno až do dvou hodin po odběru vzorku bez jakéhokoliv vlivu na výsledky testu.

Testování u lůžka pacienta je nesmírně cenné během procedur a lékařských zákroků, které vyžadují sledování orálních antikoagulantů a k hemostáznímu posouzení.

PRINCIP METODY

Přístroje HEMOCHRON Jr. využívají koagulačního mechanismu s mechanickým koncovým bodem, při němž dojde k vytvoření koagula uvnitř jednorázové citrátové PT kyvety. Po zavedení vzorku periferní krve, přístroj přesně naměří 15 mikrolitrů krve a automaticky je převede do polovodičového kanálku uvnitř citrátové PT kyvety. Zbytek krevního vzorku, který není potřebný k výzkumu, je automaticky odsán do odpadového kanálku kyvety. Smíchání vzorku a činidla a spuštění testu je také provedeno automaticky, bez jakéhokoliv zásahu operátora. Po smíchání s činidlem se vzorek pohybuje ze strany na stranu ve výzkumném kanálku a sleduje se tvoření koagula.

Mechanismus na detekci koagula se skládá z řady optických detektorů LED zarovnaných s testovacím kanálkem kyvety. Rychlost, kterou se krevní vzorek pohybuje mezi detektory, se měří. Jakmile krev začne koagulovat, zabraňuje toku krve a pohyb se zpomalí. Přístroj pozná, kdy byl dosažen koncový bod koagulace, když se pohyb zpomalí pod předem určenou hodnotu. Přístroj ohlásí hodnoty periferní krve matematicky převedené na Mezinárodní normalizovaný poměr (INR) a ekvivalentní plazmatickou hodnotu. PT časovou hodnotu periferní krve je možné zobrazit tím, že stisknete a budete držet tlačítko **START** přístroje.

ČINIDLA

Každý kartón citrátového PT testu testovacích kyvet obsahuje:

- 45 sáčků, obsahujících jednu HEMOCHRON Jr. PT testovací kyvetu a jedno sušidlo

Testovací kyveta citrátového PT je samostatná jednorázová pokusná komora naplněná suchým přípravkem tromboplastinu, vápníkovou solí, stabilizátory a pufrem. Každá kyveta je balená v individuálním sáčku. Na sáčku kyvety je vytištěné datum použitelnosti pro specifickou šarži.

VAROVÁNÍ: *Všechny použité kyvety považujte za potenciálně infekční, zacházejte s nimi opatrně a odstraňte je v souladu se směrnicemi zásad odstraňování lékařského odpadu.*

SKLADOVÁNÍ A STÁLOST

Pokud jsou uchovávány v chladicím prostoru (2–8 °C), citrátové PT kyvety balené ve fólii, jsou stálé až do vyznačené doby použitelnosti. Skladování při pokojové teplotě (15–30 °C) je možné pro neotevřené kyvetové sáčky. Citrátové PT kyvety nevystavujte teplotám nad 37 °C.

POZNÁMKA: *Pokud jsou udržovány při pokojových teplotách, je znovu datování možné maximálně do 12 týdnů, ale nesmí přebrodit označenou dobu použitelnosti. Znovu datování je nutné, v případě udržování při pokojových teplotách a musí být označeno vyplněním části tabulky s informacemi o skladování označené „Ověření funkce“ na boční straně každého kyvetového kartónu. Pro optimální trvanlivost doporučujeme, abyste kyvetní sáček otevřeli těsně před použitím.*

POKYNY K POSTUPU

Před výkonem každého testu se obraťte na Příručku pro operátora HEMOCHRON Jr. Signature nebo HEMOCHRON Jr. II, která obsahuje detailní pokyny k postupu.

Přístroj se ovládá vsunutím kyvety do přístroje, jejím zahřátím, zavedením vzorku periferní krve a stisknutím tlačítka **START**. Odměření vzorku, smíchání vzorku a činidla, spuštění testu a detekce koagula je provedeno automaticky.

Dodané látky

- Předem naplněné HEMOCHRON Jr. citrátové PT testovací kyvety.

Nedodané, ale nezbytné látky

- HEMOCHRON Jr. II Signature nebo jediné HEMOCHRON Jr.
- Vyčerpaná trubice obsahující citran sodný (3,8 % or 3,2 %) a jehla na odběr krve
- 1 ml nebo 3 ml stříkačka z plastické hmoty, jehla na odběr vzorků kalibrovaná 23 nebo 21 (pro odběr vzorku)

ODBĚR A ZACHÁZENÍ SE VZORKY

Při získání krevních vzorků postupujte podle pokynů ústavních a pokynů CLSI (Institut pro klinické laboratorní standardy) (H21-A, H47-A a H03-A) k odběru vzorků pro koagulační testy.

POZNÁMKA: *Krevní vzorky na test by měly být odebrány nejméně 5 minut před provedením testu, aby došlo k řádnému promíchání citranu sodného se vzorkem. Optimálních výsledků se dosáhne, pokud jsou vzorky před provedením testu udržovány při pokojové teplotě a test je proveden do jedné hodiny.*

Neodebírejte krev z heparinizované přístupové linky, uzávěru nebo z dlouhodobě zavedeného heparinového uzávěru.

Při odebírání vzorků přes zavedené krevní linky důkladně vypláchněte přístupový otvor podle ústavních pokynů.

1. Odeberte 5 ml krevního vzorku buď injekční stříkačkou nebo podtlakovou zkumavkou.
2. Při odběru injekční stříkačkou připevněte přepouštěcí jehlu k stříkačce. Pozorně propíchněte zátku podtlakové zkumavky, která obsahuje citran sodný (3,8 % nebo 3,2 %) a umožněte do ní krev až se tok krve zastaví. Zvolna promíchejte. Injekční stříkačku s přepouštěcí jehlou odstraňte.
3. Dříve než zahájíte test, převraťte zkumavku nejméně čtyřikrát, aby se vzorek důkladně promíchal.
4. Odkápněte jednu kapku citrátové krve do vzorkové jamky testové kyvety; naplňte ji od spodní části až po horní. Toto můžete učinit za/anebo bez pomoci přepouštěcí jehly. Přiměřené množství krve musí být přidáno přímo do středu vzorkové jamky, aby byla zaplněná až po okraj. Pokud velká kapka přesáhne nad střed vzorkové jamky, postřte ji do strany vzorkové jamky.
5. Zmáčkněte tlačítko **START.**

FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKY

Normální rozmezí

Mikrokoagulační systémy HEMOCHRON Jr. byly zhodnoceny při použití čerstvé periferní citrátové krve od normálních dobrovolných dárců.

Výsledky získané při použití citrátového koncentrátu 3,8 % (N=155) a 3,2 % (N=59) jsou uvedeny v Tabulce č.1.

POZNÁMKA: *Normální hodnoty zobrazené v tabulce č.1 byly stanoveny pro nízký Mezinárodní index citlivosti (ISI) zavedených tromboplastinových činidel v citrátovém PT testu (přibližně ISI 1,0). Pro optimální klinické použití, každé stanoviště by si mělo stanovit své vlastní normální a cílové rozmezí terapeutické antikoagulace založené na populaci svých vlastních pacientů.*

Tabulka č. 1		3,2 %	3,8 %
INR VÝSLEDEK	průměr	1,1	1,0
	SD	0,2	0,2
	n	59	155
	rozmezí (±2 SD)	0,8-1.5	0,8-1.4
PERIFERNÍ KREV V SEKUNDY	průměr	23	22
	SD	1,5	1,6
	n	59	155
	rozmezí (±2 SD)	20-26	18,8-25,4

PT hodnoty periferní krve menší než 15 sekund, nebo INR 0,5 indikují zvýšenou aktivaci krevní koagulace, případně způsobenou během odběru nebo zpracování a test by měl být zopakován. INR zobrazené na konci testu udává stupeň, na který se tyto koagulační faktory snížil v přítomnosti orální antikoagulační terapie. Tromboplastin (získaný z králičího mozku) HEMOCHRON Jr. citrátového PT testu má přibližnou hodnotu ISI 1,0, což poskytuje optimální citlivost na koagulační faktory závislé na vitamínu K. Plazmatické PT výsledky testu zobrazené modely HEMOCHRON Jr.II a HEMOCHRON Jr. Signature jsou založené na hodnotě, která odpovídá laboratornímu činidlu o 1,0 ISI. Odlišné PT plazmatické reagentní systémy prokazují různé normální rozmezí a antikoagulační citlivost. Plazmatické PT hodnoty udané v tabulce č. 2 představují ekvivalentní hodnoty očekávané při použití laboratorního činidla s 1,0 ISI.

Citlivost HEMOCHRON Jr. citrátového PT testu na deficientní faktory

HEMOCHRON Jr. citrátového PT (jedna šarže testu) byl vyzkoušen se standardním přípravkem periferní krve, který byl připraven se známými hladinami koagulačních faktorů závislých na vitamínu K (factory II, VII, a IX) a faktorem V. S poklesem spojené hladiny faktorů pod 35 %, hodnota PT se zvýšila nad normální horní mez rozmezí (25,8 sekund periferní krve). HEMOCHRON Jr. citrátový PT byl srovnán s PT laboratorní plazmy za použití standardních tromboplastinových reagentů (Dade, Baxter Healthcare, Dade Division, Miami, FL) a přístroje Electra 900 (IL, Lexington, MA), jak je uvedeno na fig. 1.

Lineární reakce HEMOCHRON Jr. citrátového PT na koagulační hladinu.

Studie ředění byla použita ke znázornění linearity výsledků citrátového PT na koagulační hladinu. Fig. 2 znázorňuje linearitu reakce od 1,0 INR až po více než 10 INR. Na křivce je INR 1,56 při 50 % koagulační aktivitě, 1,84 při 40 % koagulační aktivitě a 2,48 při 30 % koagulační aktivitě.

Přehled citlivosti a linearity

Přístroj HEMOCHRON Jr. a citrátová PT testová kyveta na periferní krev byly vyzkoušeny v porovnání s testy standardní laboratorní plazmy na zhodnocení relativity citlivosti testu periferní krve a tohoto standardního testu plazmy. Substráty použité v testu plazmy byly vzorky s klesající koncentrací koagulačního faktoru vitamínu K. Na výsledcích testů plazmy a periferní krve byla provedena statistická analýza. Výsledky prokázaly podobnou citlivost na koagulační faktory pro HEMOCHRON Jr. citrátový PT a laboratorní PT. Linearita citrátového PT až do 10 INR byla stanovena pomocí standardního ředicího testu.

Kalibrace HEMOCHRON Jr. citrátového PT na INR

Citrátový PT byl posouzen použitím vzorků z jedné kliniky, aby se stanovil převod výsledků PT periferní krve na INR. Při této analýze byly odebrány krevní vzorky (N=74) od pacientů, přijímajících orální antikoagulační terapii. Jeden z těchto vzorků citrátové krve byl testován na HEMOCHRON Jr. a druhý vzorek byl centrifugován, výsledná plazma byla analyzována přístrojem Electra 900 (IL, Lexington, MA) a reagentem Dade Innovin (Dade, Miami, FL). Výsledkem této analýzy byl přímý převod hodnoty periferní krve na INR, jak je uvedeno v převodové tabulce č. 2.

Klinické srovnání HEMOCHRON Jr. citrátového PT a laboratorního PT

HEMOCHRON Jr. citrátový PT byl podroben klinickému ověření na čtyřech klinicích. Citrátované (3,2 %) krevní vzorky (N=233) byly odebrány od 233 pacientů, přijímajících orální antikoagulační terapii. Vzorky byly analyzovány přístrojem HEMOCHRON Jr. a druhé poměrné množství vzorků bylo testováno v laboratoři plazmatický založeným testem při použití Dade Innovin (Dade, Miami, FL) na přístroji Electra 900 (IL, Lexington, MA). Výsledky jsou udány na fig. 3.

Přehled korelační analýzy

Korelace citrátového PT a laboratorního PT byla zkoumána postupem rozděleného vzorku. Každý vzorek venózní krve byl aktivován citrátem sodným (3,2 %) a testován na HEMOCHRON Jr., zatímco jiný citrátový vzorek ze stejné venipunkce byl zaslán do laboratoře ke zpracování a ke změření plazmového PT. Počáteční kalibrační studie byla provedena ke stanovení převodu výsledků citrátové periferní krve na INR. Následující klinické ověření prokázalo vysoký stupeň korelace mezi testem HEMOCHRON Jr., citrátového PT a testem laboratorním.

Mezinárodní normalizovaný poměr

Terapeutické rozmezí orální antikoagulační terapie se tradičně vyjadřuje jako poměr mezi PT pacienta a průměrem normálního PT (střed normálního institučního rozmezí). Vzhledem k proměnným prokoagulačním vlastnostem různých tromboplastinů bylo navrženo Mezinárodním zastupitelstvem pro standardizaci v hematologii a Vědeckou standardizační komisí Mezinárodního spolku pro trombózu a hemostázu, aby každý výrobce tromboplastinových činidel identifikoval účinnost svých preparátů v porovnání se standardy světové zdravotní organizace (WHO). Následkem těchto srovnání došlo ke stanovení Mezinárodního indexu citlivosti (ISI) pro činidlo. ISI může být použit k převodu poměrů pacientů na INR.

Udané INR bylo vytvořeno tak, aby bylo nezávislé na použité plazmatické referenci a korelovalo se systémem s ISI 1,0. Nedávná oznámení zdůraznila trvalé rozdíly mezi INR testovacích systémů. Instituce si mohou stanovit své vlastní cílové meze terapeutické koagulace ve spojení se svou populací pacientů a laboratorním testovacím systémem.

Mikrokoagulační přístroj HEMOCHRON Jr. automaticky převádí výsledky PT periferní krve na odpovídající INR založené na regresních datech. INR rovnice a ekvivalentní plazmatické převody naprogramované do přístrojů HEMOCHRON Jr. (HEMOCHRON Jr. II a HEMOCHRON Jr. Signature) jsou založeny na klinických údajích při použití činidla s ISI 1,0 (RecombiPlasTin®, IL Lexington, MA) a automatickém koagulačním přístroji založeném na plazmě (Electra 900 IL, Lexington, MA).

Reprezentativní převodová tabulka

Na základě analýzy lineární regrese dvojice výsledků testů citrátové periferní krve HEMOCHRON Jr. PT a plazmatickém testu PT s tromboplastinovým činidlem s ISI 1,0 byl stanoven přímý převod periferní krve PT (s) na laboratorní INR. Zobrazená převodová tabulka je naprogramována do přístroje HEMOCHRON Jr. Tento převod je založen na srovnatelných údajích získaných z jedné kliniky a ověřen na třech dodatečných klinikách.

POZNÁMKA: *Plazmatické hodnoty PT jsou specifické pro různé reagenty a testové přístroje. Převod plazmatického PT se základě na srovnatelných údajích a závisí na omezení plazmatického testu. INR se kalkuluje přímo z hodnoty PT periferní krve a je založene na regresní analýze. Ekvivalentní plazmatický PT se kalkuluje z INR při ISI 1,0. Institusce si mohou zákonnalit svůj vlastní převod odpovídající specifickým činidlům a přístrojům použitým při provedení PT periferní krve a srovnatelné studie plazmatického PT.*

Tabulka č. 2

Perifer. krev v (s)	INR	Plazma (s)	Perif. krev v (s)	INR	Plazma (s)	Perif. Krev v (s)	INR	Plazma (s)
22	0,8	8	41	3,1	31	60	5,4	54
23	1,0	10	42	3,2	32	61	5,5	55
24	1,1	11	43	3,4	34	62	5,6	56
25	1,2	12	44	3,5	35	63	5,8	58
26	1,3	13	45	3,6	36	64	5,9	59
27	1,4	14	46	3,7	37	65	6,0	60
28	1,6	16	47	3,8	38	66	6,1	61
29	1,7	17	48	4,0	40	67	6,2	62
30	1,8	18	49	4,1	41	68	6,4	64
31	1,9	19	50	4,2	42	69	6,5	65
32	2,0	20	51	4,3	43	70	6,6	66
33	2,2	22	52	4,4	44	71	6,7	67
34	2,3	23	53	4,6	46	72	6,8	68
35	2,4	24	54	4,7	47	73	7,0	70
36	2,5	25	55	4,8	48			
37	2,6	26	56	4,9	49			
38	2,8	28	57	5,0	50			
39	2,9	29	58	5,2	52			
40	3,0	30	59	5,3	53			

Poznámky tabulky č. 2:

1. Po vykonání testu, INR hodnoty se kalkulují přímo z hodnot PT periferní krve založené na regresní analýze.
2. Zobrazená převodová tabulka je specifická pro plazmové PT získané při použití příslušného PT činidla s předpokládaným ISI 1,0. Následkem variability činidel a testovacích přístrojů, různé testovací systémy (systém se skládá z kombinace činidla a přístroje) udají rozšířené převody. Institusce si mohou stanovit své vlastní funkční rozmezí a převodové tabulky. Pro zavedení specifická činidla ve své klinické laboratoři. Tento převod pak může nahradit převody zobrazené přístroji. Institusce, které si zvolí provést své vlastní převody, je nutné upozornit, že převod periferní krve na plazmu je relevantní pouze pokud se jedná o standardní kombinaci tromboplastinového činidla a přístroje. Pokud je kterákoliv z těchto součástí změněna, musí dojít ke znovuzhodnocení těchto instručních korelací.
3. Koagulační čas periferní krve HEMOCHRON Jr. se měří vnitřně na nejbližší desetinu sekundy a k zobrazení je zaokrouhlen na nejbližší celé číslo.Toto zaokrouhlení může mít za následek nepatrné rozdíly mezi přístrojem zobrazenými ekvivalentními plazmovými hodnotami a hodnotami udanými v převodové tabulce.
4. Klinicky užitečné udavatelné rozmezí hodnoty INR je až do 7,0 a je založené na klinických údajích uvedených v tabulce č. 2.

PŘESNOST

Interní studie přesnosti

Přesnost mikrokoagulačního systému HEMOCHRON Jr. byla zhodnocena výkonem mnohanásobných HEMOCHRON Jr. PT citrátových testů a s použitím normálních a abnormálních lyofilizovaných regulátorů periferní krve. Testy se provádějí během dvou dnů, bylo použito až šest různých přístrojů s následujícími výsledky. Přesné hodnoty HEMOCHRON Jr. jsou uvedeny jako koagulační čas periferní krve v sekundách.

	(N)	Průměr (s)	SD (s)	CV (%)
Normální	55	26	1,9	7,4
Abnormální	55	55	2,7	5,0

Přesnost ze dne na den:

	Normální				Abnormální			
	(N)	Průměr (s)	SD (s)	CV (%)	Průměr (s)	SD (s)	CV (%)
Den 1	3	27	1,6	6,0	56	2,2	4,0
Den 2	3	27	0,6	2,0	55	4,4	8,0
Den 3	3	27	2,4	9,0	57	1,7	3,0
Den 4	3	26	2,1	8,0	57	0,6	1,0
Celkem	12	27	1,7	6,3	56	2,2	2,2

Přesnost operátora:

	Normální				Abnormální			
	(N)	Průměr (s)	SD (s)	CV (%)	Průměr (s)	SD (s)	CV (%)
Op. 1	15	26	1,6	6,2	55	2,4	4,3
Op. 2	15	26	1,2	4,7	56	1,5	2,6
Op. 3	15	27	1,1	4,2	54	2,7	4,7
Celkem	45	26	1,3	5,0	55	2,2	3,9

Přesnost jedné šarže od druhé:

	(N)	Normální Průměr (s)	SD (s)	CV (%)	Abnormální Průměr (s)	SD (s)	CV (%)
Šarže 1	5	27	1,0	3,7	53	3,0	5,7
Šarže 2	5	24	1,5	6,2	53	1,9	3,5
Šarže 3	5	25	1,6	6,3	55	1,8	3,3
Celkem	15	25	1,7	6,8	54	2,3	4,2

Porovnání rozlišnosti jedné šarže od druhé na třech (3) šaržích poskytlo CV v % o 6,8 a 4, 2 pro normální a abnormální kontrolní hodnoty periferní krve, dle uvedeného pořadí. Porovnání tří (3) operátorů poskytlo CV v % menší než 2 10 na obou hladinách.

POZNÁMKA *Výše uvedené hodnoty variačního koeficientu (CV) zahrnují všechny části systému a jejich dodatečné proměnlivé části, zvláště regulační material, testovací kyvetu, a přístroj.*

Přehled přesnosti

Až šest přístrojů HEMOCHRON Jr. podstoupilo testování přesnosti s dvěma hladinami regulátorů periferní krve, normální a abnormální.

Přístroje byly opakovaně zkoušeny během dne, aby se stanovila očekávaná variabilita mezi přístroji. Přístroje byly také testovány kontrolovanou periferní krví po dobu čtyř následných dnů, aby se stanovila očekávaná variability ze dne na den. Proměnlivost následkem šarže kyvety a operátora byla také vyzkoušena. Variace přístroje se projevila pod 10 % hranicí pro obě hladiny regulátorů periferní krve.

OMEZENÍ

Pro mikrokoagulační přístroje HEMOCHRON Jr. II a HEMOCHRON Jr. Signature, hodnoty INR mezi 0,5 a 0,8 a mezi 10 a 12, jsou zobrazeny jako „INR<0,8“ a „INR >10“ dle uvedeného pořadí. Hodnoty INR pod 0,5 a přes 12 jsou zobrazeny jako „Mimo rozmezí - pod“ nebo „Mimo rozmezí- nad,“ dle pořadí. Vzorky s poměrem plazmy ke krvinkám menším než 20 % nebo větším než 55 % se neprodukují, protože jejich optická hustota se pohybuje ve vnější části rozmezí zaznamenatelného přístrojem HEMOCHRON Jr. Vzorky s poměrem plazmy ke krvinkám mezi 10 až 60 % naznačují mírný stoupající trend. Tento trend není klinicky významný a existuje pouze u extrémních poměrů plazmy ke krvinkám.

Citrátový HEMOCHRON Jr. PT je ovlivněn nespráným pracovním postupem, což zahrnuje odběr krve a převod krve do vzorkové jamky. Kvalita krevního vzorku může být ovlivněná:

- Pěněním nebo hemolýzou vzorku
- Koagulovanou nebo částečně koagulovanou krví
- Nečekanou antikoagulační terapií

Výsledky studií signalizují, že se rušivé vlivy mohou projevit u pacientů s protilátkami proti fosfolipidům či s antifosfolipidovým syndromem.[7,8,9]

Mikrokoagulační přístroj HEMOCHRON Jr. vyžaduje správný postup a odběr vzorků. Odběr vzorků a jejich zpracování pro všechny koagulační testy vyžaduje pozorný postup podle uvedených pokynů, stejně jako podle pokynů CDC (Centrum pro kontrolu nemocí a prevenci) a CSLI (Institut pro klinické laboratorní standardy) (H21-A, H47-A and H03-A). Příprava vzorků a skladování na místě použití koagulačních testů, které používají periferní krev, je přísnější než při odpovídajících plazmových testech.

Stejně jako při jiných diagnostických zkouškách, výsledky testu HEMOCHRON Jr. by měly být zvářeny s ohledem na stav jednotlivého pacienta a na antikoagulační léčbu. Výsledky, které neodpovídají klinickému stavu pacienta, by se měly zopakovat nebo by měly být doplněny dodatečnými údaji testů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

NEpoužívejte kyvety s prošlou dobou použitelnosti, nebo které nebyly správně skladovány.

NEsesunujte kyvetu do přístroje násilím. Pokud se při vsunutí setkáte s odporovou silou, zvolna kyvetu vyjměte a prohlédněte si kyvetní drážku. Odstraňte všechny překážky před tím, než se znovu pokusíte přístroj použít (viz Služba a údržba v Příručce k použití HEMOCHRON Jr.).

INTERFERENČNÍ LÁTKY

Testy založené na tromboplastinu mohou být ovlivněné jinými antikoagulity jako je heparinový a lupusový antikoagulant. Spousta konkomitujících léků také může ovlivnit výsledek PT. Mimo extrémních poměrů plazmy ke krvinkám (viz Omezení), které interferují s testy periferní krve, ale neovlivňují testy plazmového základu, nebyly identifikovány žádné látky.

KONTROLA KVALITY (QC)

Pravidelné zkoušky kvality a sledování by měly být součástí celkového programu zabezpečení kvality. Výrobky HEMOCHRON Jr. pro kontrolu kvality jsou k dispozici k výhodnému a cenově přijatelnému výkonu běžné kontroly kvality.

Každodenní kontrola kvality přístroje

Kontrola kvality by měla být u HEMOCHRON Jr. prováděna ve dvou stupních, jednou za každých 8 hodin provozu. Aby bylo možné uskutečnit každodenní kontrolu kvality, je k dispozici system elektronické kontroly kvality a umožňuje dvoustupňovou kontrolu přístroje. Detailní pokyny naleznete v provozní příručce k danému přístroji HEMOCHRON, který je používán.

Kontrola kvality testovacích kyvet HEMOCHRONJr.

Parametry každe ***šarže*** kyvet HEMOCHRON Jr. Citrate PT by měly být ověřeny ve dvou úrovních kontroly kvality tekutiny:

- Při doručení nové zásilky a
- pak po každých 30-ti kalendářních dnech

Po úspěšném ověření parametrů popsaném výše nebude nutné kyvety podrobovat žádné další kontrole kvality tekutiny, pokud není podezření na posun klinických výsledků.

Ověření parametrů je možné provést pomocí příslušných HEMOCHRON Jr. mikrokoagulačních výrobků pro kontrolu kvality plné krve. Přijatelné meze parametrů a způsob jejich aplikace pro Citrate PT zkušební kyvety jsou přiloženy ke každé soupravě na kontrolu kvality.

HEMOCHRON® Jr.

Whole Blood Microcoagulation Systems

Citrat protrombintid (PT)

Indlægsseddel

Dansk

Til *in vitro* diagnostisk brug

TILSIGTET BRUG

HEMOCHRON® Jr. citrat PT er en enhedsbestemt mikrokoagulationstest beregnet til brug ved udførelse af en kvantitativ, et-trins protrombintidstest Citrat PT-testen udføres kun på HEMOCHRON Jr. Signature eller HEMOCHRON Jr. II instrumenterne ved brug af en citreret, venos fuldblodsprøve. Instrumenterne er bærbare, og anvendelsen af citrerede prøver gør det muligt at udføre testene på behandlingsstedet eller i et satellit eller centralt laboratorium. Instrumenterne er ikke beregnet til hjemmebrug.

BEMÆRK: *Denne HEMOCHRON Jr. citrat PT-test er ikke beregnet til brug på tidligere modeller af HEMOCHRON Jr.*

OVERSIGT OG FORKLARING

HEMOCHRON Jr. citrat PT er en test af den ekstrinsikke koagulationsbane, og den udføres ved brug af citreret, venøst fuldblod. Anvendelsen af citrerede gør det muligt at udføre testen på behandlingsstedet eller i et satellit eller centralt laboratorium. Fuldblodsteststysteme eliminerer mange af de afvigelse, der vides at påvirke pålideligheden af plasma protrhombintid (PT) testning, herunder håndtering og bearbejdning. Da bearbejdning af prøven er kort, opnås PTresultaterne på mindre end fem minutter. Da testen derudover udføres ved brug af citreret venøst fuldblod, kan testning udføres i op til to timer, efter prøven er indsamlet, uden at det får indflydelse på testresultaterne.

Muligheden for at udføre testning ved sengekejet er især værdifuldt under procedurer og behandlingsindgreb, der kræver overvågning af perorale antikoagulanter, samt til vurdering af hæmostase.

FUNKTIONSPRINCIP

HEMOCHRON Jr. instrumenter benytter en mekanisk slutpunkts koagulationsmekanisme, hvor der opstår en koageldannelse inden i citrat PT-kuvetten til engangsbrug. Efter indførsel af fuldblodsprøven, afmåler instrumenter nøjagtigt 15 mikroliter blod, og fører det automatisk ind i testrillen inden i citrat PT-kuvetten. Resten af blodprøven, som ikke er nødvendig til testning, bliver automatisk suget ind i kuvettens affaldskanal. Blanding af prøve/reagens samt påbegyndelse af testen udføres ligeledes automatisk, og kræver ingen handling fra brugerens side. Efter proven er blandet med reagenset, flyttes den frem og tilbage inden i testrillen, hvor den overvåges for koageldannelse.

Koageldetektionsmekanismen består af række optiske LED-detektorer, som flugter med kuvettens testrille. Hastigheden, som blodprøven bevæger sig med mellem detektorerne, måles. Efterhånden som koageldannelsen begynder, hæmmes blodstrømmen og bevægelsen bliver langsommere. Instrumentet registrerer, at koagelslutpunkt er opnået, når bevægelsen falder til under en fastlagt hastighed. Instrumenter viser fuldblodstal, der matematisk er omregnet til INR og en plasma ækvivalent værdi. Fuldblod citrat PT-værdien vises ved at trykke på og holde instrumentets **START**-tast nede.

REAGENSER

Hver kasse med citrat PT-testkuvetter indeholder:

- 45 poser, som hver indeholder en HEMOCHRON Jr. citrat PT-test-kuvette og et tørremiddel.

Citrat PT-testkuvetten er et lukket testkammer til engangsbrug, hvor der på forhånd er tilsat et tørret præparat af tromboplastin, calciumsalte, stabiliseringsmidler og puffere. Hver kuvette er individuelt indpakket i en pose. Kuvetteposerne er påtrykt en partispecifik udløbsdato.

FORSIGTIG: *Alle brugte testkuvetter skal anses for at være potentielt smitteførlige og skal håndteres forsigtigt, samt bortskaffes i henhold til standard bortskaffelsesregler for medicinsk affald.*

OPBEVARING OG STABILITET

Når de er anbragt i kølebakki (2 – 8 °C), er folieposerne med citrat PT-kuvetterne stabile indtil den påtrykte udløbsdato Opbevaring ved stuetemperatur (15 – 30 °C) er valgfri for udløbede poser med kuvetter. Citrat PT-kuvetterne må ikke udsættes for temperaturer over 37 °C.

BEMÆRK: *Stuetemperatur opbevaring gælder i maksimalt 12 uger, men må aldrig overstige den påtrykte udløbsdato. Det er nødvendigt at omdatere, hvis produktet opbevares ved stuetemperatur, og dette skal angives ved at udfylde afsnittet med opbevaringsinformation i skemaet "Prestation bekræftet" på kuvettekasserne sidepanel. For optimal holdbarhed anbefales det at åbne kuvetteposen lige før brug.*

BRUGSANVISNING

Brugeren skal, inden der udføres nogen analyse, læse brugervejledningen for HEMOCHRON Jr. II eller HEMOCHRON Jr. Signature for en detaljeret brugsanvisning.

Instrumentet betjenes ved at indsætte en kuvette i instrumentet, lade kuvetten varme op, tilsætte en fuldblodsprøve og trykke på **START**-tasten. Afmåling af prøve, blanding af prøve og reagens, påbegyndelse af testen samt koageldetektion foregår herefter automatisk.

Vedlagt Materiale

- HEMOCHRON Jr. citrat PT-testkuvetter med tilsat præparat

Nødvendigt materiale, som ikke er vedlagt

- HEMOCHRON Jr. II eller HEMOCHRON Jr. Signature
- Luftstomt rør med natriumcitrat (3,8% eller 3,2%) og kanyle til blodindsamling
- 1 ml eller 3 ml plastiksprøjte, 23 eller 21 gauge kanyle til prøveudtagning vha. sprøjte

PRØVEINDSAMLING OG HÅNDTERING

Institutions- og CLS- (H21-A, H47-A og H03-A) retningslinier for indsamling af blod til koagulationstestning skal følges.

BEMÆRK: *Blodprøver til testning bør indsamles mindst 5 minutter for testningen for at give nok tid til tilstrækkelig blanding af natriumcitratet med proven. Optimale resultater opnås ved at teste proverne indenfor en time, samt opbevare proverne ved stuetemperatur, indtil de er testet.*

Blod må ikke indsamles fra en heparinisseret adgangsslange, lås eller indlagt heparinlås.

Når der indsamles blod gennem indlagte katetre, skal adgangsporten skylles omhyggeligt i henhold til institutionsprocedurer.

1. Indsaml en 5 ml blodprøve ved hjælp af en sprøjte eller et lufttomt rør.
2. Hvis der anvendes et indsamlingssystem med en sprøjte, skal der fastgøres en overforseksanyle til sprøjten. Punktér forsigtigt proppen på et lufttomt rør med natriumcitrat (3,8% eller 3,2%), og lad blodet blive suget ind i røret, indtil strømningen stopper. Bland forsigtigt. Bortskaf sprøjten med overforselskanylen.
3. For testning skal der vendes op og ned på reagensglasset mindst fire gange for at sikre, at proven er fuldstændigt blandet.
4. Tilsæt en dråbe citreret blod i testkuvettens prøvebrønd; idet den fyldes fra bunden af brønden og op. Dette kan gøres enten med eller uden en overforselskanyle. Der skal tilsættes tilstrækkeligt med blod direkte i midterprøvebrønden til at fylde den helt op til randen. Hvis en stor dråbe blod breder sig over midterprøvebrønden, skubbes den over i den udvendige prøvebrønd.
5. Tryk på **START**-tasten.

PRÆSTATIONSKARAKTERISTIKA

Normalområde

HEMOCHRON Jr. mikrokoagulationssystemer blev evalueret ved brug af friskt, citreret fuldblod fra raske, frivillige donorer. Resultater, der blev opnået med citratkoncentrationer på 3,8% (N=155) og 3,2% (N=59), vises i tabel 1.

BEMÆRK: *De normale værdier vist i tabel 1 er blevet fastsat for ISI (International Sensitivity Index) tromboplastinreagens anvendt i citrat PT testen (ISI på ca. 1,0). Der skal for hver indstilling fastlægges eget normalområde og målområde for terapeutisk antikoagulation baseret på patientgruppe for at opnå optimal klinisk anvendelse.*

Tabel 1

		3,2%	3,8%
INR RESULTATER	gennemsnit	1,1	1,0
	SD	0,2	0,2
	n	59	155
	område (±2 SD)	0,8–1,5	0,8–1,4
FULDBLOD SEKUNDER	gennemsnit	23	22
	SD	1,5	1,6
	n	59	155
	område (±2 SD)	20-26	18,8–25,4

Fuldblods PT-værdier på mindre end 15 sekunder, eller INR=0,5, tyder på for kraftig aktivering af blodkoagulation, muligvis forårsaget af kontaminering af proven under indsamling eller forarbejdning, og testen bør derfor gentages. Det INR, der vises ved slutningen af analysen, angiver i hvor høj grad disse koagulationsfaktorer mindskes ved tilstedeværelse af peroral antikoagulantbehandling. Den trombo

HEMOCHRON® Jr.
Whole Blood Microcoagulation Systems

Citrátos protrombinidő (PI)
Tájékoztató
Magyar

In vitro diagnosztikus használatra

RENDELTETÉS
A HEMOCHRON® Jr. Citrátos PI olyan, egyetlenegyszer használható mikroalvadási teszt, amely kvantitatív, egyléptes protrombinidő vizsgálat végrehajtásához használható. A Citrátos PI teszttel történő elemzéshez elegendő egy kis, 3,8%-os vagy 3,2%-os) nátriumcitrátot tartalmazó vákuumos kémcső dugóját és hagyja a vért a csőbe áramlani, amíg az meg nem áll. Óvatosan keverje fel. Dobja ki a fecskendőt és az átvivő tűt.

3. A vizsgálat előtt fordítsa fel legalább négyszer a tesztkémcsövet, hogy jól összekeveredjen a minta.
4. Tegyen egy csepp citrátos vért a tesztkövetta mintamélyedésébe; alulról felfelé töltse fel a mélyedést. Ezt végezheti átvivő tűvel, vagy anélkül. Tegyen elegendő mennyiségű vért közvetlenül a középső mintamélyedésbe úgy, hogy az teljesen megteljen. Amennyiben egy nagy csepp vér a középső mintamélyedés fölé terjedne, tolja azt át a külső mintamélyedésbe.
5. Nyomja meg a **START** billentyűt.

A TELJESÍTMÉNY JELLEMZŐI
Normális tartomány
A HEMOCHRON Jr. mikroalvadási rendszerek kiértékelése normális önkéntes donorok friss citrátos teljes vérének felhasználásával történt. A 3,8%-os (N=155) és 3,2%-os (N=59) citrátkoncentrációk felhasználásával kapott eredmények az 1. táblázatban láthatók.

MEGJEGYZÉS: *Az 1. táblázatban látható normális értékeket a Citrátos PI teszthez alkalmazott alacsony (kb. 1,0) ISI indexszel (International Sensitivity Index, nemzetközi érzékenységi index) rendelkező tromboplasztin reagens felhasználásával állapították meg. Az optimális klinikai felhasználáshoz az egyes intézményeknek magukban kell megbátorozniuk a normális tartományt, valamint a terápiás alvadásgátlás céltartományát a saját betegpopulációjuk alapján.*

1. táblázat

		3,2%	3,8%
INR EREDMÉ-NYEK	átlag	1,1	1,0
	SD	0,2	0,2
	n	59	155
	tartomány (±2 SD)	0,8-1,5	0,8-1,4
TELJES VÉR MÁSOD-PERC	átlag	23	22
	SD	1,5	1,6
	n	59	155
	tartomány (±2 SD)	20-26	18,8-25,4

A 15 másodperc vagy 0,5 INR alatti teljesvér PI értékek túlságos véralvadás aktivációt jeleznek, amely bekövetkezhet a mintavétel, illetve a mintafeldolgozás során, ezért ilyen esetekben a vizsgálatot meg kell ismételni. A vizsgálat végén megjelenített INR érték jelzi ezen véralvadási faktorszintek csökkenésének – az orális antikoagulálás kezelés következtében létrejött – mértékét. A HEMOCHRON Jr. Citrátos PI teszthez alkalmazott (nyúlagyból származó) trombioplasztin ISI indexe körülbelül 1,0, amely a K-vitamin-dependens véralvadási faktorok számára optimális érzékenységet biztosít. A HEMOCHRON Jr. II és a HEMOCHRON Jr. Signature berendezések által megjelenített plazma PI értékek 1,0 ISI indexszel rendelkező laboratóriumi reagensnek megfelelő értéken alapulnak. A különböző plazma PI reagenst alkalmazó rendszerek eltérő normális tartományokkal és alvadási faktor érzékenységgel rendelkeznek. A 2. táblázatban látható plazma PI értékek 1,0 ISI indexszel rendelkező laboratóriumi reagens használatával elvégzett vizsgálatok eredményeit tükrözik.

A HEMOCHRON Jr. Citrátos PI teszt érzékenysége a faktorbiánytra
A HEMOCHRON Jr. Citrátos PI teszt (egyetlen tesztcsőtel) ellenőrzése standard alapú assay-vel, egy Electra 900 analizátorban (IL, Lexington, MA). Dade Innovin (Dade, Miami, FL) reagens felhasználásával. Az eredmények Fig. 3. ábrán láthatók.

A korrelációs analízis összefoglalása
A Citrátos PI és a laboratóriumi PI vizsgálatok közti korreláció a minták kétszeres-tású tanulmányozták. Az egyes vénás vérmintákat (3,2%-os) nátriumcitráttal kezeltek, majd a minta egyik részét HEMOCHRON Jr. módszerrel vizsgálták, míg az ugyanabból a mintavételből származó citrátos minta másik részét laboratóriumba küldték feldolgozásra és plazma PI mérésre. Egy kezdeti kalibrációs vizsgálat elvégzésével lehetővé vált a citrátos teljesvér PI eredmény INR értékre váltása. A további klinikai validálás kimutatta, hogy magas fokú korreláció van a HEMOCHRON Jr. Citrátos PI és a laboratóriumi PI között.

Az INR (International Normalized Ratio, nemzetközi normalizált arányszám)
Az orális antikoagulálás kezelés terápiás tartományát hagyományosan a beteg PI értékének egy normális PI átlaghoz (az intézmény normális tartományának közép-értékéhez) viszonyított arányában fejezik ki. A különböző trombioplasztinok eltérő prokoagulálás természete miatt a Nemzetközi Trombózis és Hemosztázis Társaság (International Society for Thrombosis and Hemostasis) Nemzetközi Standardizálási Bizottsága azt javasolta, hogy az egyes trombioplasztin reagens gyártók jelezzék készítményük erősségét az Egészségügyi Világszervezet (WHO) standardjához viszonyítva. Az összehasonlítás alapján a reagenshez hozzárendelnek egy ISI indexet. Ezután az ISI index segítségével a beteg arányszámai INR értékké alakíthatók.

A jelenlett INR-t úgy állítják fel, hogy független legyen a felhasznált referenc-plazmától és 1,0 ISI indexet alkalmazó rendszerekkel korrelálható. Újabb tanulmányok az INR tesztrendszerek közti eltérések további fennállását hangsúlyozzák. Az egyes intézmények számára hasznos lehet, hogy maguk határozzák meg a terápiás alvadásgátlás céltartományát a saját betegpopulációjuk és laboratóriumi vizsgálati rendszerük alapján.

A HEMOCHRON Jr. mikroalvadási berendezés automatikusan átváltja a teljesvér PI eredményt a regressziós adatok alapján annak megfelelő INR értékre. A HEMOCHRON Jr. berendezésekbe (HEMOCHRON Jr. II és HEMOCHRON Jr. Signature) programozott INR egyenletek és plazmaekvivalens átváltások 1,0 ISI indexszel rendelkező reagenssel (RecombiPlasTin®, IL, Lexington, MA) és automatizált, plazmaalapú kozgulációs berendezéssel (Electra 900, IL, Lexington, MA) mért klinikai adatokon alapszanak.

Reprezentatív átváltási táblázat
A citrátos teljesvér HEMOCHRON Jr. PI és 1,0 ISI indexű trombioplasztin reagenssel végzett plazma PI értékek párjain végzett lineáris regresszós analízis szolgált alapul a (másodpercekben megadott) teljesvér PI érték átalakítási INR értékké alakításához. Az itt található átváltási táblázatot programoztak be a HEMOCHRON Jr. berendezésbe. Az átváltás egy klinikai helyszínen nyert és másik három klinikai helyszínen megerősített összehasonlító adatokból származik.

MEGJEGYZÉS: *A plazma PI eredmények specifikusak a reagenshez és a tesztberendezésre. A plazma PI átváltás összehasonlító adatokon alapszik és függ a plazma assay korrélálttól. Az INR használhatósága közvetlenül a teljesvér PI értékből történik, regressziós analízis alapján. A plazmaekvivalens PI összámítása az INR értékből történik. 1,0 ISI indexet nére alaptul. Ennél pontosabb – egy bizonyos reagensnek és berendezésnek megfelelő – átváltáshoz jutbatnak az egyes intézményeknek egy teljesvér PI vizsgálatot és egy plazma PI vizsgálatot összehasonlító tanulmány elvégzésével.*

2. táblázat

Teljes vér (mp)	INR	Plazma (mp)	Teljes vér (mp)	INR	Plazma (mp)	Teljes vér (mp)	INR	Plazma (mp)
22	0,8	8	41	3,1	31	60	5,4	54
23	1,0	10	42	3,2	32	61	5,5	55
24	1,1	11	43	3,4	34	62	5,6	56
25	1,2	12	44	3,5	35	63	5,8	58
26	1,3	13	45	3,6	36	64	5,9	59
27	1,4	14	46	3,7	37	65	6,0	60
28	1,6	16	47	3,8	38	66	6,1	61
29	1,7	17	48	4,0	40	67	6,2	62
30	1,8	18	49	4,1	41	68	6,4	64
31	1,9	19	50	4,2	42	69	6,5	65
32	2,0	20	51	4,3	43	70	6,6	66
33	2,2	22	52	4,4	44	71	6,7	67
34	2,3	23	53	4,6	46	72	6,8	68
35	2,4	24	54	4,7	47	73	7,0	70
36	2,5	25	55	4,8	48			
37	2,6	26	56	4,9	49			
38	2,8	28	57	5,0	50			
39	2,9	29	58	5,2	52			
40	3,0	30	59	5,3	53			

Táblegyzet a 2. táblázathoz:

1. A vizsgálat elvégzéskor az INR kiszámítása következtenl a teljesvér PI értékből történik, regressziós analízis alapján.
2. Az átvizsolt átváltási táblázat egy bizonyos, feltételezetten 1,0, ISI indexszel rendelkező PI reagenssel végzett plazma PI vizsgálatra specifikus. A reagensek és a tesztberendezések különbözősége miatt a különböző vizsgálati rendszerek (egy rendszer a reagensből és a berendezésből áll) különböző átváltási értéket eredményeznek. Az egyes intézményeknek szükségük lehet a klinikai laboratóriumukban alkalmazott reagenser jellemző saját teljesítménytartomány és átváltási táblázat megalkotására. Ez az átváltási táblázat használható ezután a berendezésből származó plazma PI értékek átalakítására INR értékekké. A saját átváltási táblázatukat használó intézményeknek figyelembe kell venniük, hogy a teljesvér-plazma átváltás kizárólag állandó kombinációjú trombioplasztin reagens és berendezés használata esetén lesz hiteles. Bármelyik komponens cseréje az egyéni átváltás újbóli kértékelését teszi szükségessé.
3. A HEMOCHRON Jr. a teljes vér alvadási idejét belsőleg tizedmásodpec pontossággal méri, majd az eredményt egész számra kerekítve jeleníti meg. Ez a kerekítési folyamat enyhe eltéréseket eredményezhet a berendezés által megjelenített érték és az átváltási táblázatban feltüntetett érték között.
4. A klinikailag hasznos jelentési tartomány a 2. táblázatban megjelenített klinikai adatok alapján 7,0 INR értékig tart.

PONTOSSÁG
Hászon belül végzett pontossági vizsgálatok
A HEMOCHRON Jr. mikroalvadási rendszer pontosságának meghatározására több HEMOCHRON Jr. PI vizsgálatot végeztek, a normális és abnormális liofilizált teljesvér kontrollok felhasználásával. A teszteket több (hat vagy kevesebb) berendezésen, két különböző napon végezték, a következő eredményekkel. A HEMOCHRON Jr. pontossági értékek másodpercben megadott teljesvér alvadási időkként láthatók.

	(N)	Középérték (mp)	SD (mp)	CV (%)
Normális	55	26	1,9	7,4
Abnormális	55	55	2,7	5,0

Napok közti pontosság:

	Normális				Abnormális			
	(N)	Középérték (mp)	SD (mp)	CV (%)	Középérték (mp)	SD (mp)	CV (%)
1. nap	3	27	1,6	6,0	56	2,2	4,0
2. nap	3	27	0,6	2,0	55	4,4	8,0
3. nap	3	27	2,4	9,0	57	1,7	3,0
4. nap	3	26	2,1	8,0	57	0,6	1,0
Összesen	12	27	1,7	6,3	56	2,2	2,2

Felhasználói pontosság:

	Normális				Abnormális			
	(N)	Középérték (mp)	SD (mp)	CV (%)	Középérték (mp)	SD (mp)	CV (%)
1. fh.	15	26	1,6	6,2	55	2,4	4,3
2. fh.	15	26	1,2	4,7	56	1,5	2,6
3. fh.	15	27	1,1	4,2	54	2,7	4,7
Összesen	45	26	1,3	5,0	55	2,2	3,9

Sammanfattning av korrelationsanalysen
Korrelationen mellan Citrat PT och laboratorie-PT undersöktes i en design med delade prover. Varje venöst blodprov behandlades med natriumcitrat (3,2%) och testades på HEMOCHRON Jr. medan ett annat citrerat prov från samma venpunktion skickades till labbet för bearbetning och plasma-PT-mätning. En inledande kalibreringsstudie genomfördes för att ge omvandlingen av resultaten från citrerat helblods-PT till INR. Efterföljande klinisk utvärdering visade den höga korrelationsgraden hos HEMOCHRON Jr. Citrat PT i förhållande till laboratoriet.

INR - International Normalized Ratio
Behandlingsområdet för oral antikoagulantiabehandling uttrycks traditionellt som ett förhållande mellan patientens PT till ett genomsnittligt normalt PT (centrum för institutionens normala område). På grund av att olika tromboplastiner har varierande prokoagulerande egenskaper, har International Council for Standardization Committee of the International Society for Thrombosis and Hemostasis föreslagit att varje tillverkare av tromboplastinreagens identifierar effekten hos sin preparation i förhållande till WHOs (World Health Organization) standard. Sådana jämförelser medför att reagensen tilldelas en ISI. Detta ISI kan sedan användas för att omvandla patientförhållanden till INR.

Det rapporterade INR är avsett att vara oberoende av den plasmareferens som används och har ställts i relation till system som använder ett ISI om 1,0. I nyliga rapporter har de kvarstående inkonsekvenserna mellan olika INR-testsystem betonats. Institutioner kanske önskar fastställa sina egna målområden för antikoagulantiabehandling baserat på sin patientpopulation och sitt laboratorietestsystem.

HEMOCHRON Jr. mikrokoagulationsinstrument omvandlar automatiskt helblods PT-resultat till dess motsvarande INR, med utgångspunkt från regressionsdata. INR-ekvationerna och plasmamotsvarande omvandlingar som programmerats i HEMOCHRON Jr. instrumenten (HEMOCHRON Jr. II och HEMOCHRON Jr. Signature) baseras på kliniska data som använder en reagens med ett ISI på 1,0 (RecombiPlasTin®, IL Lexington, MA) och ett automatiserat plasmabaserat koagulationsinstrument (Electra 900, IL, Lexington, MA).

Exempel på omvandlingstabell
En direkt omvandling av helblods-PT (sekunder) till laboratoriets INR genereras, med utgångspunkt från en linjär regressionsanalys av parade tester med användning av citrerat helblod HEMOCHRON Jr. PT och en plasma PT-analys med en tromboplastinreagens med ett ISI på 1,0. Omvandlingstabellen nedan är programmerad i HEMOCHRON Jr.-instrumentet. Denna omvandling baseras på jämförliga data som erhållits från en klinisk anläggning och bekräftats vid tre andra kliniska anläggningar.

OBS! Plasma PT-resultat är specifika för reagens- och testinstrument. Plasma PT-omvandlingen baseras på jämförande data och är beroende av plasmaanalysens begränsningar. INR beräknas direkt från helblods PT-värdet, baserat på en regressionsanalys. Plasmamotsvarande PT beräknas från INR, baserat på ett ISI på 1,0. Institutioner kan finjustera sin egen enskilda omvandling som motsvarar en specifik reagens och särskilda instrumentsystem, genom att man genomför en jämförande undersökning av helblods-PT och plasma-PT.

Tabell 2

Hel blod (sek)	INR	Plasma (sek)	Hel blod (sek)	INR	Plasma (sek)	Hel blod (sek)	INR	Plasma (sek)
22	0,8	8	41	3,1	31	60	5,4	54
23	1,0	10	42	3,2	32	61	5,5	55
24	1,1	11	43	3,4	34	62	5,6	56
25	1,2	12	44	3,5	35	63	5,8	58
26	1,3	13	45	3,6	36	64	5,9	59
27	1,4	14	46	3,7	37	65	6,0	60
28	1,6	16	47	3,8	38	66	6,1	61
29	1,7	17	48	4,0	40	67	6,2	62
30	1,8	18	49	4,1	41	68	6,4	64
31	1,9	19	50	4,2	42	69	6,5	65
32	2,0	20	51	4,3	43	70	6,6	66
33	2,2	22	52	4,4	44	71	6,7	67
34	2,3	23	53	4,6	46	72	6,8	68
35	2,4	24	54	4,7	47	73	7,0	70
36	2,5	25	55	4,8	48			
37	2,6	26	56	4,9	49			
38	2,8	28	57	5,0	50			
39	2,9	29	58	5,2	52			
40	3,0	30	59	5,3	53			

Tabell 2 fotnoter:

1. När ett test genomförs, beräknas INR direkt från helblods PT-värdet, baserat på en regressionsanalys.
2. Omvandlingstabellen som visas är specifik för en plasma-PT som erhållits med användning av en viss PT-reagens där man antar att ISI är 1,0. På grund av att reagenser och testinstrument skiljer sig åt, kommer olika analysystem (ett system består av en kombination av reagens och instrument) att ge olika omvandlingar. Institutioner kanske önskar fastställa sina egna prestandaområden och omvandlingstabeller för den specifika reagens som används i deras kliniska laboratorium. En sådan omvandling kan därefter användas i stället för de plasmaomvandlingar som visas i instrumenten. Institutioner som väljer att utföra anpassade omvandlingar varnas att helblod till plasmaomvandling endast är relevant för en standardkombination av tromboplastinreagens och instrument. Ändringar i endera komponenten kräver att den anpassade korrelationen omprövades.
3. HEMOCHRON Jr. helblodskvogeltid mäts internt till närmaste tiondelen av en sekund och rundas av till närmaste heltal vid visningen. Denna avrundning kan medföra små skillnader mellan instrumenterna visade värde och det värde som visas i omvandlingstabellen.
4. Det kliniskt användbara rapporterbara området är upp till ett INR-värde på 7,0, baserat på de kliniska data som anges i Tabell 2.

PRECISION
Egna precisionsundersökningar
Precisionen hos HEMOCHRON Jr. mikrokoagulationssystem utvärderades genom att flera HEMOCHRON Jr. Citrat PT-analyser genomfördes med användning av normala och abnorma lyofiliserade helblodskontroller. Analyser utfördes under två olika dagar med användning av upp till sex instrument och gav följande resultat. Precisionsvärdena för HEMOCHRON Jr. uttrycks som helblodskoageltider i sekunder.

	(N)	Genomsnitt (sek)	SD (sek)	CV (%)
Normalt	55	26	1,9	7,4
Abnormt	55	55	2,7	5,0

Daglig precision:

	Normalt				Abnormt			
	(N)	Genomsnitt (sek)	SD (sek)	CV (%)	Genomsnitt (sek)	SD (sek)	CV (%)
Dag 1	3	27	1,6	6,0	56	2,2	4,0
Dag 2	3	27	0,6	2,0	55	4,4	8,0
Dag 3	3	27	2,4	9,0	57	1,7	3,0
Dag 4	3	26	2,1	8,0	57	0,6	1,0
Totalt	12	27	1,7	6,3	56	2,2	2,2

Operatörsprecision:

	Normalt				Abnormt			
	(N)	Genomsnitt (sek)	SD (sek)	CV (%)	Genomsnitt (sek)	SD (sek)	CV (%)
Op. 1	15	26	1,6	6,2	55	2,4	4,3
Op. 2	15	26	1,2	4,7	56	1,5	2,6
Op. 3	15	27	1,1	4,2	54	2,7	4,7
Totalt	45	26	1,3	5,0	55	2,2	3,9

Precision mellan olika partier:

	Normalt				Abnormt			
	(N)	Genomsnitt (sek)	SD (sek)	CV (%)	Genomsnitt (sek)	SD (sek)	CV (%)
Parti 1.	5	27	1,0	3,7	53	3,0	5,7
Parti 2.	5	24	1,5	6,2	53	1,9	3,5
Parti 3.	5	25	1,6	6,3	55	1,8	3,3
Totalt	15	25	1,7	6,8	54	2,3	4,2

En jämförelse av variationen mellan olika partier över tre (3) partier gav CV% på 6,8 och 4,2 för normala respektive abnorma helblodskontrollvärden. En jämförelse mellan tre (3) operatörer gav en CV% på mindre än 10 vid båda nivåerna.

OBS! *Variationskoefficientvärdena (CV) som visas ovan inkluderar alla systemkomponenter och deras efterföljande variabler, d.v.s. kontrollmaterial, testkvrett och instrument.*

Precisionssammanfattning
Upp till sex HEMOCHRON Jr.-instrument var föremål för precisionstester med två nivåer av helblodskontroll, normalt och abnormt. Instrumenten testades upprepade gånger inom en dag för att fastställa den förväntade variationen mellan instrumenten. Instrumenten testades också med helblodskontroller under fyra efterföljande dagar för att fastställa den förväntade variationen från dag till dag. Variation på grund av kvvettparti och operatör analyserades också. Instrumentens variation demonstrerades att vara inom 10% för båda nivåerna av helblodskontroll.

BEGRÄNSNINGAR
För HEMOCHRON Jr. II eller HEMOCHRON Jr. Signature mikrokoagulations instrument, visas INR-värden mellan 0,5 och 0,8 och mellan 10 och 12 som "INR<0,8" respektive "INR>10". INR-värden under 0,5 och över 12 visas som "Utanför området – Lo" respektive "Utanför området – Hi". Prover med en hematokrit mindre än 20% eller högre än 55% rekommenderas ej på grund av en optiskt densitet utanför detektionsnivån för HEMOCHRON Jr. mikrokoagulat ionsinstrument. En viss uppåttrend kan noteras i prover med hematokrit mellan 10 och 60%. Denna trend är ej klinisk betydande och förekommer endast vid extrema hematokritvärden.

HEMOCHRON Jr. Citrat PT påverkas av dålig teknik vid blodprovtagning och överföring av blod till provbrunnen. Blodproverts kavlitet kan påverkas av:

- Skum eller hemolys av provet
- Koagulerat eller delvis koagulerat blod
- Antikoagulation som ej misstänks

Undervisningar har visat att störningar kan uppkomma för patienter med antifosfolipidantikroppar eller antifosfolipidsyndrom.[7,8,9]

HEMOCHRON Jr. mikrokoagulationsinstrument kräver korrekt teknik vid provtagningen. Provtagning och hantering vid all koagulationstestning kräver noga efterlevnad av de riktlinjer som anges här samt CDCs riktlinjer och CLSI: s standarder H21-A, H47-A samt H03-A. Prov förberedelse och förvaring för koagulationstester vid vårdstället med användning av helblod är striktare än motsvarande plasmaanalyser.

I likhet med alla diagnostiska tester, skall testresultaten från HEMOCHRON Jr. granskas med hänsyn till patientens specifika tillstånd och antikoagulantiabeha ndling. Alla resultat som ej överensstämmer med patientens kliniska status skall upprepas eller supplementeras med ytterligare testdata.

försiktighetsåtgärder vid DRIFT
Använd INTE kyvetter vars sista förbrukningsdag har utgått, eller som har förvarats felaktigt.

Tvinga INTE in en kyvett i instrumentet. Om motstånd upplevs vid införandet, ska du försiktigt avlägsna kyvetten och undersöka kyvettskåran. Avlägsna eventuella hinder innan du försöker använda instrumentet igen (se Service och underhåll i lämplig HEMOCHRON Jr. användarhandbok).

INTERFERERANDE ÄMNEN
Tromboplastinbaserade analyser är känsliga för störningar från annan antikoagulantia, t.ex. heparin och lupus antikoagulantia. Många beledsagande läkemedel kan också påverka ett PT-resultat. Förutom extrema hematokritvärden (se Begränsningar), har inga ämnen som stör helblodsanalyser men inte plasmabaserade test identifierats.

KVALITETSKONTROLL
Rutinmässig kvalitetskontrolltestning och spårning skall utgöra en del av ett omfattande kvalitetskontrollprogram. HEMOCHRON Jr. kvalitetskontrollproduk ter tillhandahålls för att göra rutinmässig kvalitetskontroll bekväm och billig.

Daglig kvalitetskontroll av instrumentet
Kvalitetskontrollera HEMOCHRON Jr. på två kontrollnivåer efter var åttonde användningsstimme. Electronic Quality Control hjälper dig med den dagliga kvalitetskontrollen och möjliggör kontroll av instrumentet på två nivåer. Detaljerade anvisningar finns i bruksanvisningen för det specifika HEMOCHRON-instrumentet.

Kvalitetskontroll av HEMOCHRON Jr. testkyvetter
Varje **lot** HEMOCHRON Jr.-kyvetter av typ Citrate PT måste prestandavalideras på två vätskekvalitetskontrollnivåer:

- Vid mottagning av en ny leverans SAMT
- därefter var 30:e kalenderdag

Efter framgångsrik prestandavalidering enligt ovan behövs ingen ytterligare vätskekvalitetskontroll av kyvetterna annat än vid misstanke om förändring av de kliniska resultaten.

Prestandavalideringen kan utföras med lämplig produkt för mikrokoagulerings helblodskontroll för HEMOCHRON Jr.. Godkända prestandaintervall, och information om hur de tillämpas för testkyvett Citrate PT, ingår i satsen med kvalitetskontrollprodukten.

REFERENSER

1. Wehrmacher WH: Guarding the prothrombin. Current Medical Digest 1967; 34:432.
2. Ens, GW, and Duff, S. A Proposed Inter-laboratory INR Support System. Clinical Hemostasis Review 1997; 11:(1).
3. Young, Donald S.: Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests, Fourth Edition, AACC Press, Washington, D.C., 1995
4. National Committee for Clinical Laboratory Standards. Collection, Transport, and Preparation of Blood Specimens for Coagulation Testing and Performance of Coagulation Assays; Approved Guideline. CLSI document H21-A.
5. National Committee for Clinical Laboratory Standards. One-Stage Prothrombin Time (PT) Test and Activated Partial Thromboplastin Time (APTT) Test; Approved Guideline. CLSI document H47-A.
6. National Committee for Clinical Laboratory Standards. Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard. CLSI document H03-A.

HEMOCHRON® Jr.
Whole Blood Microcoagulation Systems

Czas protrombinowy dla krwi cytrynianowej (PT)
Ulotka informacyjna
język polski

test diagnostyczny do zastosowania *in vitro*

ZASTOSOWANIE TESTU
HEMOCHRON® Jr. Citrate PT jest ujednoliconym, jednoetapowym testem do mikro-koagulacji, przeznaczonym do ilościowego oznaczenia czasu protrombinowego. Test Citrate PT wykonuje się w próbce pełnej cytrynianowej krwi, przy zastosowaniu czynnika do mikrokoagulacji HEMOCHRON Jr. Signature lub HEMOCHRON Jr. II (tylko). Jest to przenośna aparatura, z zastosowanie odczynników cytrynianowych umożliwia wykonanie oznaczenia w miejscu pobrania lub w laboratorium, zarówno centralnych jak i satelickich. Aparatura nie jest przeznaczona do użytku domowego.

UWAGA: *HEMOCHRON Jr. Citrate PT nie jest przeznaczony do stosowania z wcześniejszymi wersjami HEMOCHRON Jr.*

STRESZCZENIE I OBJAŚNIENIA
HEMOCHRON Jr. Citrate PT stosowany jest do wykonywania oznaczeń w obrębie szlaku krzepnięcia zewnątrzpochodnego, z zastosowaniem żylnej, pełnej krwi cytry-nianowej. Użycie próbek cytrynianowych umożliwia wykonanie oznaczenia w miejscu pobrania lub w laboratorium satelickim lub centralnym. Systemy przeznaczone do testowania pełnej krwi eliminują szereg zmiennych czynników, wśród nich również postępowanie z próbką i jej obróbkę, o których wiadomo, że mogą wpływać na wiarygodność testu czasu protrombinowego (PT). Ponieważ proces obróbki próbki jest niewielki, wartości PT uzyskiwane są w czasie krótszym niż 5 minut. Dodatkowo, ponieważ test wykonywany jest w próbce cytrynianowej pełnej krwi żylnej, oznacze-nie może być wykonywane w ciągu dwóch godzin od momentu jej pobrania co nie ma wpływu na wyniki testu.

Test wykonywany przy łóżku pacjenta jest szczególnie wartościowy do oceny he-mostazy oraz w czasie interwencji terapeutycznych jak również przy wykonywaniu zabiegów które wymagają monitorowania lub podawania doustnych środków prze-ciwzakrzepowych.

ZASADA DZIAŁANIA TESTU
Zasada działania czynnika HEMOCHRON Jr. polega na wykorzystaniu mechanizmu tworzenia się skrzepu w punkcie końcowym procesu krzepnięcia. Skrzep tworzy się w jednorazowych kuwetach Citrate PT. Po dodaniu próbki pełnej krwi, czynnik odmierza dokładnie 15 mikrolitrów krwi do kuwety Citrate APTT, a następnie przesuwa ją do kanału pomiarowego. Pozostała część próbki, nie objęta badaniem, przesuwana jest automatycznie do kanału kuwety, w którym umieszczony jest material odpadowy. Mieszanie próbki z odczynnikiem oraz moment rozpoczęcia testu dokonuje się rów-nież w sposób automatyczny, bez udziału operatora. Po zmieszaniu z odczynnikiem próbka przesuwana jest ruchem wahadłowym w kanale testowym, a tworzenie się skrzepu jest monitorowane.

Mechanizm wykrywania skrzepu składa się z układu detektorów optycznych (fotodiod), ustawionych w linii kanału testowego kuwety. Mierzona jest prędkość z jaką próbka krwi przesuwa się pomiędzy detektorami. Wraz z rozpoczęciem procesu tworzenia się skrzepu, przepływ krwi jest hamowany i ruch ulega spowolnieniu. Gdy prędkość ulega zmniejszeniu poniżej założonej wartości, w pomiarze instrumentalnym rozpoznawany jest osiągnięty punkt końcowy procesu krzepnięcia. Wartości uzyskane z oznaczenia pełnej krwi na drodze matematycznych przekształceń są zamieniane przez czytnik na Znormalizowany Międzynarodowy Współczynnik (INR) oraz równoważniki plazmy. Wyniki testu (pomiar czasu) oznaczenia pełnej krwi testem Citrate PT można wyświetlić wciskając i przytrzymując klawisz **START** czytnika.

ODCZYNNIKI
Każde opakowanie kuwet testowych Citrate PT zawiera:

– 45 sasetek, każda z nich zawiera jedną kuwetę testową HEMOCHRON Jr. Citrate PT oraz jeden osuszacz.

Kuwety testowe Citrate PT są autonomicznymi, jednorazowymi testowymi komorami, wypełnionymi wsępnie suchymi czynnikami tromboplastyny, soli wapnia, stabilizatorami i buforami. Każda kuwneta jest oddzielnie zapakowana w saszetkę. Saszetki z kuwetami są ostemplowane datą ważności właściwą dla danej serii produktu.

OSTRZEŻENIE: *Wszystkie używane kuwety testowe należy uważać za potencjalnie zakaźne, należy je stosować z zachowaniem środków ostrożności, oraz niszczyć zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami o likwidowaniu odpadów medycznych.*

CAUTION: *All used test cuvettes should be considered as potentially infectious, han-dled with care and disposed of using standard medical waste disposal policy.*

PRZECHOWYWANIE I STABILNOŚĆ
Zafoliowane w saszetki, przechowywane w lodówce (2 - 8°C) kuwety Citrate PT zachowują stabilność aż do osiągnięcia deklarowanej daty ważności. Kuwety w zafoliowanych, zamkniętych saszetkach można też opcjonalnie przechowywać w temperaturze pokojowej (15 - 30°C). Kuwety Citrate PT nie powinny być wystawiane na działanie temperatur wyższych niż 37°C.

UWAGA: *Przechowywanie w temperaturze pokojowej może zostać wydłużone maksy-malnie do 12 tygodni, ale nigdy nie powinno przekroczyć deklarowanej daty ważności. Przedatowywanie jest niezbędne przy przeprowadzaniu testu w temperaturze pokojowej i powinno zostać zaznaczone w tabeli "Performance Verified" ("Potwierdzenie przydat-ności") jako uzupełnienie informacji dotyczących przechowywania i umieszczone na bocznej ściance każdego opakowania zawierającego kuwete. Dla zachowania opty-malnego okresu ważności, zaleca się otworzyć saszetkę z kuwetą bezpośrednio przed jej zastosowaniem.*

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA
Przed przystąpieniem do wykonania jakiegokolwiek oznaczenia, w celu zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania, użytkownik powinien odwołać się do Podręcznika użytkownika czytnika HEMOCHRON Jr. II lub HEMOCHRON Jr. Signature.

Oznaczenie instrumentalne polega na wstawieniu kuwety do czytnika, pozostawieniu jej do ogrzania, dodaniu próbki pełnej krwi oraz wciśnięciu klawisza **START**. Pomiar próbki, wymieszanie próbki z odczynnikiem, inicjacja oznaczenia oraz wykrycie skrze-pu nastąpi w sposób automatyczny.

Materiały dostarczone w zestawie
– Wstępnie wypełnione kuwety testowe HEMOCHRON Jr. Citrate PT.

Materiały potrzebne do wykonania testu, ale nie dostarczone w zestawie
– aparat HEMOCHRON Jr. Signature lub HEMOCHRON Jr. II (tylko)
– probówka próżniowa zawierająca cytrynian sodu (3,8% lub 3,2%) oraz igła do pobierania krwi
– 1 ml lub 3 ml plastykowe strzykawki, igły o rozmiarze 23 lub 21 do pobierania próbek strzykawką

POBIERANIE PRÓBEK ORAZ WYKONANIE TESTU
Przed przystąpieniem do pobrania próbki krwi, należy zapoznać się z instrukcjami zakładowymi oraz CLSI (H21-A, H47-A oraz H03-A) zawierającymi wskazówki, jak pobierać próbki do oznaczania krzepliwości krwi.

UWAGA: *Próbki krwi do oznaczeń powinny być pobrane przynajmniej 5 minut przed wykonaniem oznaczenia, co umożliwia prawidłowe wymieszanie próbki z cytrynianem sodu. Optymalne wyniki uzyskiwane są przy wykonywaniu oznaczenia w czasie jednej godziny,